البحث وتأمين المصادر المشعة · ملف تعريفي بالجهاز

Radiagem 2000

جهاز محمول لقياس معدل الجرعة ومقياس مسح



النوع	جهاز محمول لقياس معدل الجرعة ومقياس مسح
الشركة المصنّعة	Mirion Technologies (Canberra)
حسب الوظيفة	جهاز مسح
حسب الحساسية	أولي مع مجس SG-2R، وثانوي وحده، ودعم مع مجسات التلوث ومجس Tele-STTC

الوظيفة

- يقيس معدل الجرعة الإشعاعية.
- يعمل وحده، أو مع مجسات خارجية تحدد طريقة استخدامه.

ماذا يكشف؟

أشعة غاما بالجهاز وحده. ومع المجسات الخارجية: غاما بحساسية أعلى، أو تلوث الأسطح بألفا وبيتا.

> مجساته المذكورة في الدرس: SG-2R و+SABG-15 وSAB-100 وTele-STTC، ولكل منها ملف تعريفي.

مصدر المعلومات

مواد الدورة: دليل Radiagem 2000 والمجسات (03d) ص4–6، وأساسيات معدات الكشف الإشعاعي (03) ص13–15 (أرقام صفحات ملفات PDF). والصورة من المصدر نفسه.

ملف تعريفي مختصر أُعدّ لموقع الدورة التعليمي. لا يتضمن إعدادات الإنذار أو الجرعة، ولا رموز الدخول، ولا تعليمات التشغيل، فهذه في مواد الدورة المخصصة للفرق المختصة.